

# UMG96RM -> E - CATII Netz 600V

**Betrifft:** UMG96RM /-CBM /-P /-PN /-E

## **Darf das UMG96RM in einem 600V CATII Netz messen?**

Ja, das UMG96RM darf in einem 600V CATII Netz messen, wenn der Messbereich nicht überschritten wird.

Messbereich L-N: 0..300Vrms

Messbereich L-L: 0..520Vrms